



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date:

Số/ N^o: **A1022102066**

Trang/ Page: 1/2



1. Phương tiện đo/ Object: **NHIỆT ÂM KÊ CHUẨN/ DATALOGGER FOR HUMIDITY AND TEMPERATURE**
2. Hãng sản xuất/ Manufacturer: **ROTRONIC**
3. Kiểu/ Model: **HL-NT2-D**
4. Số hiệu/ SN: **61538119**
5. Đặc trưng kỹ thuật/ Specification:

Số nhận dạng/ ID: **66**

+ Độ phân giải độ ẩm/ Resolution: **0,01 %RH**

+ Độ phân giải nhiệt độ/ Resolution: **0,01 °C**

6. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM**
7. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội**
8. Nơi hiệu chuẩn/ Place of calibration: **Phòng hiệu chuẩn 1**
9. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội**
10. Phương pháp hiệu chuẩn/ Procedure of calibration: **A-00 - Liên kết chuẩn bên ngoài**
11. Chuẩn sử dụng/ Standards Used:
12. Môi trường hiệu chuẩn/ calibration environment:
Nhiệt độ/ Temperature: **[25±1,0]^oC**
13. Ngày hiệu chuẩn/ Date of calibration: **18/02/2020**
14. Ngày hiệu chuẩn tiếp theo/ Recommended date of next calibration: **18/02/2021**
15. Tem hiệu chuẩn/ calibration label: **A066**

Độ ẩm/ Humidity: **[60±10] %RH**

AoV

1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date:

Số/ N^o: A1022102066

Trang/ Page: 2/2



KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN/
RESULTS OF CALIBRATION

CODE	LIÊN KẾT CHUẨN	ĐIỂM KIỂM TRA	SỐ HIỆU CHÍNH	ĐKĐBĐ
TB-66(1-N)	V10.CN5.151.20 (VMI)	15°C	0.02°C	0.1°C
TB-66(1-N)	V10.CN5.151.20 (VMI)	20°C	0.01°C	0.1°C
TB-66(1-A)	V10.CN5.151.20 (VMI)	20%	-2.24%	0.8%
TB-66(1-N)	V10.CN5.151.20 (VMI)	22.5°C	0.02°C	0.1°C
TB-66(1-N)	V10.CN5.151.20 (VMI)	25°C	0.02°C	0.1°C
TB-66(1-N)	V10.CN5.151.20 (VMI)	27.5°C	0.02°C	0.1°C
TB-66(1-N)	V10.CN5.151.20 (VMI)	30°C	0.03°C	0.1°C
TB-66(1-A)	V10.CN5.151.20 (VMI)	30%	-1.59%	0.8%
TB-66(1-N)	V10.CN5.151.20 (VMI)	40°C	0°C	0.1°C
TB-66(1-A)	V10.CN5.151.20 (VMI)	40%	-0.75%	0.8%
TB-66(1-N)	V10.CN5.151.20 (VMI)	45°C	0°C	0.1°C
TB-66(1-N)	V10.CN5.151.20 (VMI)	50°C	-0.01°C	0.1°C
TB-66(1-A)	V10.CN5.151.20 (VMI)	50%	0.06%	0.8%
TB-66(1-A)	V10.CN5.151.20 (VMI)	60%	1.03%	0.8%
TB-66(1-A)	V10.CN5.151.20 (VMI)	70%	1.88%	0.8%
TB-66(1-A)	V10.CN5.151.20 (VMI)	80%	2.34%	0.8%
TB-66(1-A)	V10.CN5.151.20 (VMI)	90%	2.88%	0.8%

--- Hết/ End ---

AoV

- Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.