



A-00-02



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date: 17/07/2020

Số/ N^o: A1013102149
| 100111 1011 00111 0011 0011 1011 1011 1011 1011 |

Trang/ Page: 2/2

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN/
RESULTS OF CALIBRATION

LIÊN KẾT CHUẨN	ĐIỂM KIỂM TRA	SAI LỆCH HIỂN THỊ	ĐKĐBĐ
V10.CN5.633.20 (VMI)	-25°C	-0.047°C	0.085°C
V10.CN5.633.20 (VMI)	-20°C	-0.038°C	0.085°C
V10.CN5.633.20 (VMI)	-10°C	-0.028°C	0.085°C
V10.CN5.633.20 (VMI)	-5°C	-0.038°C	0.085°C
V10.CN5.633.20 (VMI)	0°C	-0.018°C	0.085°C
V10.CN5.633.20 (VMI)	5°C	-0.049°C	0.085°C
V10.CN5.633.20 (VMI)	20°C	-0.032°C	0.085°C
V10.CN5.633.20 (VMI)	37°C	-0.042°C	0.085°C
V10.CN5.633.20 (VMI)	70°C	-0.032°C	0.085°C
V10.CN5.633.20 (VMI)	105°C	-0.047°C	0.085°C
V10.CN5.633.20 (VMI)	130°C	-0.036°C	0.085°C

--- Hết/ End ---

AoV

- Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.