



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date:

Số/ N^o: A1013102383

Trang/ Page: 1/2



1. Phương tiện đo/ Object: **THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT CHUẨN/ STANDARD PRESSURE GAUGE**
2. Hãng sản xuất/ Manufacturer: **FLUKE**
3. Kiểu/ Model: **700GA6**
4. Số hiệu/ SN: **5177149**
5. Đặc trưng kỹ thuật/ Specification:

Số nhận dạng/ ID: **383**

+ Độ phân giải áp suất/ Division: **0,01 psi**
+ Sai số cho phép trên toàn thang/ Permissible errors of full scale
: **0,05 %RH**

+ Cấp chính xác/ Class: **0,05 %RH**

+ Thang đo áp (Max)/ Measuring range (Max): **0÷100 psi**

6. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM**
7. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội**
8. Nơi hiệu chuẩn/ Place of calibration: **Phòng hiệu chuẩn 1**
9. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội**
10. Phương pháp hiệu chuẩn/ Procedure of calibration: **A-00 - Liên kết chuẩn bên ngoài**
11. Chuẩn sử dụng/ Standards Used:
12. Môi trường hiệu chuẩn/ calibration environment:
Nhiệt độ/ Temperature: **[20 ÷ 20] °C**
13. Ngày hiệu chuẩn/ Date of calibration: **28/02/2022**
14. Ngày hiệu chuẩn tiếp theo/ Recommended date of next calibration: **28/02/2023**
15. Tem hiệu chuẩn/ calibration label: **A383**

Độ ẩm/ Humidity: **[60 ÷ 60] %RH**

AoV

1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date:

Số/ N^o: A1013102383

Trang/ Page: 2/2



KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN/
RESULTS OF CALIBRATION

CODE	LIÊN KẾT CHUẨN	ĐIỂM KIỂM TRA	SỐ HIỆU CHÍNH	ĐKĐBĐ
sensor	V04.CN5.0010.22 (VMI)	0Bar	0Bar	0.0001Bar
sensor	V04.CN5.0010.22 (VMI)	0.6931Bar	0.0001Bar	0.0001Bar
sensor	V04.CN5.0010.22 (VMI)	1.3923Bar	0Bar	0.0001Bar
sensor	V04.CN5.0010.22 (VMI)	2.0915Bar	-0.0001Bar	0.0001Bar
sensor	V04.CN5.0010.22 (VMI)	2.7908Bar	-0.0002Bar	0.0002Bar
sensor	V04.CN5.0010.22 (VMI)	3.4899Bar	-0.0002Bar	0.0002Bar
sensor	V04.CN5.0010.22 (VMI)	4.1891Bar	-0.0002Bar	0.0003Bar
sensor	V04.CN5.0010.22 (VMI)	4.9Bar	-0.0004Bar	0.0003Bar
sensor	V04.CN5.0010.22 (VMI)	5.5991Bar	-0.0007Bar	0.0003Bar
sensor	V04.CN5.0010.22 (VMI)	6.2984Bar	-0.0004Bar	0.0004Bar
sensor	V04.CN5.0010.22 (VMI)	6.9976Bar	-0.0005Bar	0.0004Bar

Thông tin thêm/ Other informations

- Độ không đảm bảo đo chuẩn được xác định theo tài liệu ISO/IEC GUIDE 98-3:2008- GUM:1995/ The standard uncertainty is determined according to the document: ISO/IEC GUIDE 98-3:2008- GUM:1995
- Quy tắc ra quyết định "TUR $\geq$ 3" được quy định trong từng hướng dẫn hiệu chuẩn/ The decision rule "TUR $\geq$ 3" is specified in each calibration guide.
- Các tiêu chí đánh giá (nếu có) được thể hiện trong phụ lục hợp đồng với khách hàng/ Evaluation criteria (if any) are shown in contract appendix with the customers.

Liên kết chuẩn/ Traceability

- Các kết quả hiệu chuẩn của AoV cho các phép đo được công nhận trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn này được liên kết tới Hệ Đo lường Quốc tế (SI) thông qua Viện Đo lường Việt Nam (VMI) hoặc phòng hiệu chuẩn áp dụng ISO/IEC 17025:2017 được ILAC công nhận./ The AoV's calibration result for the accredited measurements in this calibration certificate are traceable to the International System of Unit (SI) through a National Metrology Institute (VMI) or an ILAC recognized ISO/IEC 17025:2017 calibration laboratory.
- Hệ đơn vị được sử dụng trong GCN hiệu chuẩn này tuân theo hệ đơn vị đo lường pháp định quy định trong "Luật đo lường 2011" và "Nghị định số 86/2012/NĐ-CP"./ The unit system used in this calibration certificate complies with the system of legal unit of measurement specified in "Law on Measurement 2011" and "Decree No.86/2012/NĐ-CP".

--- Hết/ End ---

AoV

1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.