



ĐK-103

CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
QUALITY ASSURANCE OF VIETNAM COMPANY LIMITED

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO TRÌ
CERTIFICATE OF MAINTENANCE

Ngày/ Date:

Số/ N^o: **A1077206026**

Trang/ Page: 1/2



1. Phương tiện đo/ Object: **QUẢ CÂN CHUẨN 2 KG/ STANDARD WEIGHT F1**
2. Hãng sản xuất/ Manufacturer: **VIRTUAL MEASUREMENT & CONTROL**
3. Kiểu/ Model: **NA**
4. Số hiệu/ SN: **30A9554-10AL**
5. Đặc trưng kỹ thuật/ Specification:
6. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM**
7. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội**
8. Nơi bảo trì/ Place of maintenance: **Phòng hiệu chuẩn 1**
9. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội**
10. Phương pháp bảo trì - Maintenance method: **A-00 - /**
11. Chuẩn sử dụng/ Standards Used:
12. Môi trường bảo trì/ maintenance environment:
Nhiệt độ/ Temperature: **[23,5 ÷ 23,8] °C**
13. Ngày bảo trì/ Date of maintenance: **21/02/2024**
14. Ngày bảo trì lại theo yêu cầu của khách hàng/
Remaintenance date as request of customer: **21/02/2026**
15. Tem bảo trì/ maintenance label: **A026**

Số nhận dạng/ ID: **26**

Độ ẩm/ Humidity: **[58,9 ÷ 59,4] %RH**

AoV

1. Kết quả bảo trì ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được bảo trì trên đây.
The maintenance results in this certificate are applicable to the above maintenance instrument only.
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO TRÌ
CERTIFICATE OF MAINTENANCE

Ngày/ Date:

Số/ N^o: A1077206026



Trang/ Page: 2/2

KẾT QUẢ BẢO TRÌ/
RESULTS OF MAINTENANCE

- Kiểm tra thông tin bên ngoài./ Check external information.
 - Nhãn, thông tin của quả cân./ Labels, information, information of weight.
 - Kiểm tra ngoại quan quả cân./ Check the appearance of the weight.
 - Kiểm tra hộp đựng quả cân./ Check the weight box.
- Kiểm tra, vệ sinh TB 26./ Check and clean TB 26.
 - Vệ sinh quả cân bằng dung dịch ethanol $\geq 70\%$./ Clean the weight with ethanol solution $\geq 70\%$.
 - Vệ sinh trong ngoài hộp đựng quả cân./ Clean the inside and outside of the weight box.
- Kết luận sau bảo trì./ 4. Conclusion after maintenance.
 - Quả cân bình thường, không móp méo phù hợp để hiệu chuẩn thiết bị./ Normal, undistorted weight suitable for instrument calibration.
 - Hộp đựng quả cân bình thường, không bị hư hỏng/ The box containing the weights is normal, not damaged

Xem hồ sơ đánh giá sau hiệu chuẩn và các thông tin khác tại/ see the evaluate of calibration report and other information at: https://server2.aov.vn/app/cus/?id_phieu=92111



--- Hết/ End ---

AoV

- Kết quả bảo trì ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được bảo trì trên đây.
The maintenance results in this certificate are applicable to the above maintenance instrument only.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.