

KT3-1418ACO9

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ/ Service License N°: ĐK 03

20/11/2019
Page : 01/03

1. Phương tiện đo/Object: **BAROMETER**
2. Nơi sản xuất/Manufacturer: **EXTECH – TAIWAN**
3. Kiểu/Type: **SD700** SN: A.091733 ID: TB-116
4. Đặc trưng kỹ thuật/Specifications:
 - + Phạm vi đo/Measuring Range: (10 – 1 100) hPa (a)
 - + Giá trị vạch chia/Division: 0,1 hPa (a)
 - + Môi trường truyền áp suất: Khí/Air
Pressure Medium
5. Khách hàng: **CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM**
Customer Phòng 406, Tầng 4, Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
6. Nơi hiệu chuẩn: **TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3/QUATEST 3**
Place of Calibration 7 Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai
7. Phương pháp hiệu chuẩn/Method of Calibration: QTHC/ KT3 110:2013
Dụng cụ đo Áp suất-Quy trình hiệu chuẩn/Pressure gage – Calibration Procedure
8. Chuẩn sử dụng/Standard Used:

ID	Description	Traceable to	Cal. Date	Due date
CO1981	Digital Absolute Pressure Calibrator	VMI - VIỆT NAM	04/2019	04/2020

9. Môi trường hiệu chuẩn/Calibration Environment: [20 ± 5] °C [50 ± 10] %RH

10. Hiệu chỉnh phương tiện đo/Adjustment: ☒ Không/No ☐ Có/Yes

11. Ngày hiệu chuẩn/Date of Calibration: 14/11/2019

12. Tem hiệu chuẩn/Calibration Label: KT3-1418ACO9

PHỤ TRÁCH PDL CƠ
HEAD OF MECHANICAL MEAS. LAB.



Lý Đạt Minh

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG ĐO LƯỜNG
HEAD OF MEASUREMENT LAB.



Nguyễn Anh Triết

1. Các kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với phương tiện đo đã được hiệu chuẩn ở trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibrated instrument only.
2. N/A: không áp dụng. / Not applicable
3. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận hiệu chuẩn này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This certificate shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
4. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of customer is written as customer's request.
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ trên để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the above address for further information.
6. Ngày hiệu chuẩn kế tiếp tùy thuộc vào khách hàng./ Recalibration date depends on the customer.
7. Phòng Đo lường đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) - Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 (Vilas 036). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Measurement Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2005 by Bureau of Accreditation - Vietnam (Vilas 036). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam	Tel: (84-28) 3829 4274	Fax: (84-28) 3829 3012	Website: www.quatest3.com.vn
Testing: No. 7, road No. 1, Biên Hòa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam	Tel: (84-251) 383 6212	Fax: (84-251) 383 6298	E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam	Tel: (84-28) 3742 3160	Fax: (84-28) 3742 3174	E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn



13. Kết quả hiệu chuẩn/Results of Calibration

13.1 Kết quả/Results

Giá trị chuẩn, hPa (a) Reference Value	Giá trị chỉ thị/Indication Value, hPa (a)		Độ KĐBĐ, hPa (a) Uncertainty
	Pt/Rising	Pg/Falling	
100,00	98,1	98,1	0,2
300,00	298,0	298,0	0,2
500,00	498,2	498,2	0,2
700,00	698,5	698,5	0,2
900,00	898,9	898,9	0,2
1 000,00	998,9	998,9	0,2
1 010,00	1 009,0	1 009,0	0,2
1 020,00	1 018,9	1 018,9	0,2
1 050,00	1 048,9	1 048,9	0,2
1 100,00	1 098,9	1 098,9	0,2

13.2 Nhận xét/Comment

- Độ chính xác/Accuracy:

± 2 hPa (a) trong khoảng $(10 \div 1\,000)$ hPa (a)

± 3 hPa (a) trong khoảng $(1\,000 \div 1\,100)$ hPa (a)



14. Thông tin khác/Other Informations

14.1 Độ không đảm bảo đo/Uncertainty

Độ KĐBĐ là độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy. Xác định độ không đảm bảo đo chuẩn theo tài liệu JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM).

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with above documents.

14.2 Liên kết chuẩn/Traceability

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn này thể hiện việc liên kết chuẩn đến chuẩn quốc gia, với đơn vị đo tuân thủ theo hệ đơn vị đo quốc tế SI. Nơi sử dụng thiết bị cần phải hiệu chuẩn lại thiết bị theo định kỳ phù hợp.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

14.3 Phương pháp hiệu chuẩn/Calibration Method

a. Phương tiện đo được hiệu chuẩn bằng cách so sánh trực tiếp với các chuẩn của Trung tâm Kỹ thuật 3 được nêu tại Mục 8.

The equipment under calibration was calibrated by direct comparison with standards of Quatest 3 as description at Item 8.

b. Các kết quả hiệu chuẩn được thực hiện với ba lượt đo để tính giá trị trung bình và sai số.

All calibration results are based on a series of three measurements, from which the average and errors are calculated.

14.4 Điều kiện/Conditions

a. Các giá trị có đơn vị đo không thuộc hệ SI, được chuyển đổi từ hệ SI theo các bảng trong tài liệu **NĐ 86/2012/NĐ-CP & BIPM SI Brochure**.

All non-SI values were converted from SI units via conversion factors in above documents

b. Kết quả hiệu chuẩn chỉ có giá trị tương ứng với điều kiện theo phương pháp hiệu chuẩn nêu ở Mục 7.

Calibration results are valid with respect to the procedure conditions as description at Item 7. only.

c. Các giá trị của đại lượng được hiệu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

The quantity values are calibrated as request of customer.

14.5 Hiệu chuẩn lại/Recalibration

Ngày đề nghị hiệu chuẩn lại theo yêu cầu của khách hàng: N/A

Recommended recalibration date as request of customer.