



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date: 05/07/2025

Số/ N^o: A10751040000544
1 000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

Trang/ Page: 1/3

1. Phương tiện đo/ Object: **NHIỆT ẨM KẾ IOT/ IOT THERMOHYGROMETER**

2. Hãng sản xuất/ Manufacturer: **AoV**

3. Kiểu/ Model: **VA02**

4. Số hiệu/ SN: **1A867525**

5. Đặc trưng kỹ thuật/ Specification:

+ Độ phân giải độ ẩm/ Resolution: **0,1 %RH**

+ Độ phân giải nhiệt độ/ Resolution: **0,1 °C**

+ Loại nhiệt ẩm kế/ Type: **Digital**

Số nhận dạng/ ID: **544**

6. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV**

7. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hà Nội**

8. Nơi hiệu chuẩn/ Place of calibration: **Phòng hiệu chuẩn 1**

9. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hà Nội**

10. Phương pháp hiệu chuẩn/ Procedure of calibration: **A10-25 - Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế/ GUIDE ON CALIBRATION OF THERMO HYGROMETER**

11. Chuẩn sử dụng/ Standards Used:

Chuẩn/ Standards	Mã nhận dạng/ ID	Liên kết chuẩn/ Traceable to	Hiệu lực đến/ Due date
Tủ nhiệt ẩm chuẩn / Temperature and Humidity Cabinet	TB-104	AoV	04/2026
Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất / Dial Thermo-Hygrometer	TB-116	AoV	12/2025
Nhiệt ẩm kế chuẩn / Datalogger for Humidity and Temperature	TB-66	VMI	03/2026

12. Môi trường hiệu chuẩn/ calibration environment:

Nhiệt độ/ Temperature: **[25,4 ÷ 25,2] °C**

Độ ẩm/ Humidity: **[51,2 ÷ 50,8] %RH**

13. Ngày hiệu chuẩn/ Date of calibration: **03/07/2025**

14. Ngày hiệu chuẩn lại theo yêu cầu của khách hàng/
Recalibration date as request of customer: **03/07/2026**

15. Tem hiệu chuẩn/ calibration label: **A0000544**

Phó Tổng giám đốc AoV
Vice General Director of AoV

BÙI MINH CHIẾN

- Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.



Ngày/ Date: **05/07/2025**

Số/ N^o: A10751040000544



Trang/ Page: 3/3

- Quy tắc ra quyết định và tuyên bố sự phù hợp được xác định theo tài liệu ILAC-G8:09-2019 mục 4.2.1 "Tuyên bố nhị phân cho quy tắc chấp nhận đơn giản"/ *Decision rules and statements of conformity is determined according to the documents ILAC-G8:09-2019 item 4.2.1 "Binary statement for simple acceptance rule"*

- Xem các thông tin khác tại/ See more information at: https://server2.aov.vn/app/cus/?id_phieu=128960



--- Hết/ *End* ---



AoV

1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.