



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV
AOV QUALITY ASSURANCE JOINT STOCK COMPANY

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date: **30/12/2025**

Số/ N^o: **A10751090000116**

Trang/ Page: 1/3

1. Phương tiện đo/ *Object*: **NHIỆT ÂM, ÁP KẾ/ THERMO-HYGROMETER. BAROMETER**
2. Hãng sản xuất/ *Manufacturer*: **EXTECH**
3. Kiểu/ *Model*: **SD700**
4. Số hiệu/ *SN*: **A.091733**
5. Đặc trưng kỹ thuật/ *Specification*:

Số nhận dạng/ ID: **116**

+ Độ phân giải nhiệt độ/ *Resolution*: **0,1 °C**
+ Độ phân giải độ ẩm/ *Resolution*: **0,1 %RH**

+ Thang đo nhiệt độ/ *Temperature range*: **[0 ÷ 50]** °C
 + Thang đo độ ẩm/ *Humidity range*: **[10 ÷ 90]** %RH
 + Độ phân giải áp suất/ *Division*: **0,1** hPa

6. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV**
7. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Trưng Mai, Hà Nội**
8. Nơi hiệu chuẩn/ Place of calibration: **Phòng hiệu chuẩn 1**
9. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Trưng Mai, Hà Nội**
10. Phương pháp hiệu chuẩn/ Procedure of calibration: **A10-25 - Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế/ GUIDE ON CALIBRATION OF THERMO HYGROMETER**
11. Chuẩn sử dụng/ Standards Used:

Chuẩn/ Standards	Mã nhận dạng/ ID	Liên kết chuẩn/ Traceable to	Hiệu lực đến/ Due date
Tủ nhiệt ẩm chuẩn / <i>Temperature and Humidity Cabinet</i>	TB-104	AoV	04/2026
Thiết bị đo áp suất chuẩn / <i>Standard pressure gauge</i>	TB-383	METROLOGY CENTER	05/2026
Nhiệt ẩm kế IOT / <i>IOT Thermohygrometer</i>	TB-543	AoV	07/2026
Nhiệt ẩm kế chuẩn / <i>Datalogger for Humidity and Temperature</i>	TB-66	VMI	03/2026

12. Môi trường hiệu chuẩn/ *calibration environment*:

Nhiệt độ/ *Temperature*: [24,6 ÷ 25,1] °C

Độ ẩm/ *Humidity*: **[55,9 ÷ 56,1] %RH**

13. Ngày hiệu chuẩn/ *Date of calibration*: **16/12/2025**
 14. Ngày hiệu chuẩn lại theo yêu cầu của khách hàng/
Recalibration date as request of customer: **16/12/2026**
 15. Tem hiệu chuẩn/ *calibration label*: **A0000116**

Phó Tổng giám đốc AoV
Vice General Director of AoV

BÙI MINH CHIẾN

1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date: **30/12/2025**

Số/ N^o: **A10751090000116**

Trang/ Page: 2/3

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN/ RESULTS OF CALIBRATION

1. Độ chính xác áp suất/ *Accuracy of pressure*

STT/ No.	Diễn giải/ Note	Giá trị chuẩn Pc/ Reference value, mBar	Giá trị chỉ thị Pk/ Indication value, hPa	Sai số/ Error, hPa	ĐKĐBĐ ⁽¹⁾ / Uncertainty, hPa
1	Chiều tăng Pressure increase,	301,0	299,0	-2,0	1,6
2		401,5	399,7	-1,8	1,6
3		500,9	499,1	-1,8	1,6
4		602,0	600,2	-1,8	1,6
5		800,0	798,2	-1,8	1,6
6		901,2	899,4	-1,8	1,6
7		1000,8	999,0	-1,8	1,6
8		1052,9	1050,9	-2,0	1,6
9		1101,0	1099,0	-2,0	1,6
10	Chiều giảm Pressure reduce,	1101,7	1099,7	-2,0	1,6
11		1051,6	1049,7	-1,9	1,6
12		1002,1	1000,2	-1,9	1,6
13		900,5	898,7	-1,8	1,6
14		801,1	799,3	-1,8	1,6
15		599,9	598,2	-1,7	1,6
16		500,5	498,8	-1,7	1,6
17		401,5	399,7	-1,8	1,6
18		301,8	299,9	-1,9	1,6

Trong đó :

- P_c : giá trị áp suất chuẩn
- P_k : giá trị áp suất chỉ thị trên thiết bị cần hiệu chuẩn

Đặc tuyến hiệu chuẩn: $P_c = 1,0001P_k + 1,7612(\text{hPa})$

2. Độ chính xác nhiệt độ/ Accuracy of temperature

Giá trị chuẩn, °C/ Reference value, °C	Giá trị chỉ thị, °C/ Indication value, °C	Sai số, °C/ Error, °C	U⁽¹⁾, °C/ Uncertainty, °C
20,00	20,2	+0,20	0,44
24,95	25,0	+0,05	0,41
30,04	30,1	+0,06	0,47

1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.



Ngày/ *Date*: **30/12/2025**

Trang/ Page: 3/3

Giá trị chuẩn, %RH/ Reference value, %RH	Giá trị chỉ thị, %RH/ Indication value,%RH	Sai số, %RH/ Error, %RH	U⁽¹⁾, %RH/ Uncertainty,%RH
40,00	48,5	+8,50	1,2
59,93	67,6	+7,67	1,2
79,92	85,3	+5,38	1,2



--- Hết/ *End* ---

--- Hết/ End ---

AoV

1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.